



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO  
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

### ATESTO

Conforme chamado OTRS 10174029, atesta-se que foi feita análise técnica do material da tabela abaixo, fornecido pela empresa **MAX QUALITY COMERCIO LTDA, CNPJ 42.810.782/0001-74**, por meio do **DANFE 000.000.305, SÉRIE 1**, emitida em **29/12/2023** e recebidos da Seção de Gestão de Almoxarifado - SEGAL no dia **22/02/2024**, a fim de verificar a compatibilidade com as especificações técnicas contidas no **Edital do Pregão Eletrônico nº 36/2023 - SRP**, do **SEI nº 0010239-60.2023.6.27.8000**.

EMPENHO	MATERIAL ANALISADO	DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL	QUANT. (unidade)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
603/2023	MULTÍMETRO DIGITAL MARCA/MODELO: DT-830D	Multímetro Digital	20	30,40	608,00
<b>TOTAL</b>					<b>608,00</b>

**Concluimos que das 20 unidades de multímetros analisados 3 (três) apresentam defeito, enquanto as outras 17 (dezessete) unidades estão em conformidade com as especificações técnicas estipuladas no referido Edital do Pregão Eletrônico Nº 36/2023 - SRP.**

**Problema apresentado em todos os 3 itens: defeito em seu medidor de continuidade.**

Assim, solicitamos que o Gestor do Contrato entre em contato com o fornecedor do item para fazer a substituição dos materiais defeituosos no prazo de 15 dias consecutivos, conforme subitem 6.1.6 do Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 36/2023 - SRP (1966894).

São Luís, datado e assinado eletronicamente.



Documento assinado eletronicamente por **CHARLES ABREU MARTINS, Técnico Judiciário**, em 27/02/2024, às 10:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2059850** e o código CRC **F9C42600**.

0012661-08.2023.6.27.8000 | 2059850v16